



Eichamt München-Traunstein

Local Verification Office

DIE BEI DEN MESSUNGEN VERWENDETEN NORMALE SIND AUF DIE NATIONALEN NORMALE BEI DER PHYSIKALISCH-TECHNISCHEM BUNDESANSTALT RÜCKGEFÜHRT.

THE STANDARDS USED FOR THE MEASUREMENTS ARE TRACEABLE TO THE NATIONAL STANDARDS AT THE PHYSIKALISCH-TECHNISCHE BUNDESANSTALT.

Eichschein

Verification certificate



Nummer

Number

E-0010/005/11

AZ: 2.2.9.3.4

Gegenstand

Object

Nichtselbsttätige Waage; Genauigkeitsklasse III

Straßenfahrzeugwaage

Bereich: von 400 kg bis 60000 kg $e=20$ kg

Identifikation

Identification

Fabrik-Nr.: 805a1683

Zulassungs-Nr.: D93-09-137

Hersteller

Manufacturer

Pfister

Antragsteller

Applicant

BioEnergie Taufkirchen GmbH

Lanzenhaarer Weg 2

82024 Taufkirchen

Prüfverfahren

Test procedure

entsprechend der Nummer 6 der Prüfanweisung „Gesetzliches Messwesen – Prüfanweisung für nichtselbsttätige Waagen“.

Ergebnis

Result

Die Waage entspricht den Anforderungen der Anlage 9 der Eichordnung.

Beschränkung: Achsweises Wägen nicht zulässig!

Ort und Datum der Eichung

Place and date of verification

München, 05.01.2011

Gültigkeit der Eichung bis

This verification is valid until

Ende 2013

Stempelzeichen

Marking



Die Gültigkeit der Eichung erlischt vorzeitig, wenn eine der in § 13 Absatz 1 der Eichordnung beschriebenen Veränderung eingetreten ist.

The validity of the verification has ceased to exist if one of the changes listed in § 13 section 1 of the Eichordnung has occurred.

Eichschein ohne Unterschrift und Dienstsiegel haben keine Gültigkeit. Dieser Eichschein darf nur unverändert weiterverbreitet werden.

Verification certificates without signature and official stamp are not valid. This verification certificate may only be reproduced in unchanged form.

Ort und Datum

Place and date

München, 18.01.2011

Dienstsiegel

Official stamp



Sachbearbeiter

Official in charge

Herr Kraus
Mr